

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm Hóa chất, vật tư tiêu hao y tế cho máy xét nghiệm. Danh mục, số lượng và tính năng kỹ thuật của hàng hóa chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản Báo giá để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT

+ Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại : 024.6273.8662/63

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.



Cao Việt Hùng

Phụ lục

DANH MỤC HÓA CHẤT CHO MÁY XÉT NGHIỆM

TT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐTV	Số lượng
1	Basic wash 2 x 2L	Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy rửa	Hộp (2x2L)	4
2	IgE II	Bộ thuốc thử e pack dán nhãn IGE II. M: Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1: Anti-IgE-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin (chuột) 2.5 mg/L, đệm phosphate 85 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. R2: Anti-IgE-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng IgE (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 5.5	Hộp (100 test)	9
3	PTH	M Vi hạt phủ Streptavidin, 1 chai, 14.1 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-PTH-Ab~biotin, 1 chai, 14.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin (chuột) 2.3 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. R2 Anti-PTH-Ab~Ru(bpy) , 1 chai, 14.8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PTH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản.	Hộp (300 test)	1
4	Estradiol III	M Vi hạt phủ Streptavidin, 1 chai, 12.4 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-estradiol-Ab~biotin, 1 chai, 19.7 mL: Hai kháng thể đơn dòng kháng estradiol đánh dấu biotin (thỏ) 2.5 ng/mL và 4.5 ng/mL; mesterolone 130 ng/mL; đệm MESb) 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. R2 Estradiol-peptide~Ru(bpy) , 1 chai, 18.8 mL: Dẫn xuất estradiol, đánh dấu phức hợp ruthenium 4.5 ng/mL; đệm MES 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản.	Hộp (300 test)	1