

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm các loại ống nội soi tiêu hóa (đại tràng và dạ dày). Danh mục, số lượng và tính năng kỹ thuật của hàng hóa chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản Báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT

+ Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại : 024.6273.8662/63

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo. *STH*

GIÁM ĐỐC *STH*
K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Cao Việt Hùng



Phụ lục 01

DANH MỤC CÁC LOẠI ỚNG NỘI SOI TIÊU HÓA

TT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1.	Ớng nội soi dạ dày video trẻ lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Chất lượng hình ảnh: HDTV hoặc tương đương - Có chức năng chẩn đoán ung thư sớm - Có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh. - Trường nhìn: $\geq 140^\circ$ - Hướng quan sát: 0° (nhìn thẳng) - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 9.5 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 2.5 mm - Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ - Đầu ống soi có thể uốn cong các hướng - Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm 	Chiếc	4
2.	Ớng nội soi dạ dày video trẻ nhỏ	<ul style="list-style-type: none"> - Tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Chất lượng hình ảnh: HDTV hoặc tương đương - Có chức năng chẩn đoán ung thư sớm - Có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh. - Trường nhìn: $\geq 140^\circ$ - Hướng quan sát: 0° (nhìn thẳng) - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 5.5 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 2 mm - Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ - Đầu ống soi có thể uốn cong các hướng - Chiều dài làm việc: ≥ 1100 mm 	Chiếc	1
3.	Ớng nội soi đại tràng video trẻ lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa Olympus đang sử dụng tại Bệnh viện - Chất lượng hình ảnh: HDTV hoặc tương đương - Có chức năng chẩn đoán ung thư sớm - Có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh. - Trường nhìn: $\geq 140^\circ$ - Hướng quan sát: 0° (nhìn thẳng) - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 15 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 3.5 	Chiếc	2

TT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
		mm - Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu 6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ, 1 kênh nước riêng. - Đầu ống soi có thể uốn cong các hướng - Chiều dài làm việc: ≥ 1300 mm		

Phụ lục 02
Mẫu báo giá

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2023

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh.....được cấp bởi.....”

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

TT	Tên thiết bị kèm phụ kiện tiêu chuẩn	Mã/ model thiết bị	Tính năng kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
Tổng cộng										

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

