

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong phòng cộng hưởng từ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Trung ương
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Vật tư - TBYT - Tầng hầm nhà 15 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương
 - Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
 - Số điện thoại: 024.6273.8661/62/63
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Tầng 3 nhà 15 tầng Bệnh viện Nhi Trung ương
 - Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 30, ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến trước 16 giờ 30 ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong phòng cộng hưởng từ	Mô tả cụ thể trong Phụ lục 1 - Bảng mô tả đính kèm theo	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhi Trung ương. Địa chỉ: số 18, ngõ 879 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không tạm ứng

- Thanh toán: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi bên bán cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán.

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Báo giá: theo mẫu tại Phụ lục 2

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế.

Trân trọng!

thúc
GIÁM ĐỐC
K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cao Việt Tùng

PHỤ LỤC 1 - BẢNG MÔ TẢ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ KỸ THUẬT

Loại thiết bị: Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong phòng cộng hưởng từ

Số lượng: 01 Máy

I. Yêu cầu về cấu hình:

Máy theo dõi bệnh nhân dùng trong phòng cộng hưởng từ kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm:

- Thân máy chính : 01 máy
- Pin cho máy chính : 01 bộ
- Bộ sạc pin cho mô-đun không dây : 01 bộ
- Pin sử dụng cho mô-đun không dây : 01 bộ
- Mô-đun đo ECG không dây : 01 bộ
- Mô-đun đo SpO₂ không dây : 01 bộ
- Cáp đo ECG cho trẻ em : 01 cái
- Điện cực điện tim cho trẻ em, loại dùng một lần : 25 cái
- Cảm biến đo SpO₂ : 01 cái
- Bộ kẹp kết nối đo SpO₂ dùng cho trẻ em : 01 bộ
- Dây đo huyết áp cho trẻ em : 01 cái
- Bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP cho trẻ em : 01 bộ
- Dây dẫn khí để đo EtCO₂ cho trẻ em, loại dùng một lần : 20 cái
- Trạm theo dõi kết nối không dây đặt tại phòng điều khiển : 01 bộ

II. Chỉ tiêu kỹ thuật:

1. Máy chính tương thích với môi trường cộng hưởng từ:

- Hệ thống cộng hưởng từ ≥ 3.0 Tesla
- Từ trường ≥ 5000 Gauss

2. Tính năng cơ bản:

- Máy theo dõi được các thông số: ECG, SpO₂, NIBP, EtCO₂, Nhịp thở.
- Có các cảnh báo trực quan gồm: đèn báo, thông số nhấp nháy, biểu tượng cảnh báo.
- Màn hình chạm ≥ 10 inches.
- Độ phân giải $\geq 800 \times 400$ pixels.
- Có chỉ thị trạng thái pin của mô-đun ECG và SpO₂ trên màn hình.
- Thời gian pin hoạt động ≥ 8 giờ.
- Trạm theo dõi:

- + Đặt tại phòng điều khiển, kết nối không dây với máy chính.
- + Màn hình chạm, có thể hiển thị, cài đặt các thông số cần theo dõi.
- + Có máy in nhiệt tích hợp.

3. Các tính năng kỹ thuật chính

- Theo dõi ECG:
 - + Sử dụng Mô-đun theo dõi ECG không dây
 - + Có thể hiển thị được các đạo trình: I, II, III, AVR, AVL, AVF
 - + Dải đo nhịp tim: từ ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/ phút
 - + Độ phân giải: 1 nhịp/ phút.
 - + Độ chính xác nhịp tim: $\pm \leq (10\%$ hoặc 5 nhịp/ phút)
- Theo dõi SpO₂:
 - + Sử dụng Mô-đun theo dõi SpO₂ không dây
 - + Dải đo 1-100%
 - + Độ phân giải: 1%
 - + Độ chính xác $\pm \leq 3\%$ tại dải đo 70-100%
- Theo dõi huyết áp không xâm lấn
 - + Dải đo: Từ $\leq 30 - \geq 270$ mmHg
 - + Độ phân giải áp lực: 1 mmHg
 - + Độ chính xác: Sai số trung bình cực đại $\pm \leq 5$ mmHg
- Theo dõi EtCO₂:
 - + Dải đo: ≥ 76 mmHg
 - + Độ phân giải: 1 mmHg
 - + Có chức năng tự động hiệu chuẩn
 - + Dải đo nhịp thở: từ $\leq 5 - \geq 100$ nhịp/phút
 - + Độ phân giải nhịp thở: 1 nhịp/phút
 - + Độ chính xác nhịp thở: $\pm \leq 1$ nhịp/phút

Phụ lục 2 - Mẫu báo giá

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1										
2										
...										
Tổng cộng										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng.....năm 2023

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.